

Formulário de Resposta de Recurso

ANULAÇÃO DE QUESTÃO

RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA



Protocolo: 0000000261

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 03/2021

FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 13 - BIÓLOGO I, BIOMÉDICO I OU FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO I (IMUNOLOGIA)

Nº DA QUESTÃO: 10

A alternativa B não deve ser considerada incorreta, pois possui informações corretas:

A tecnologia Luminex utiliza sim microesferas fluorescentes (conforme referência anexada). Além disso, não foi especificado qual o teste usado pela tecnologia Luminex para seguirmos interpretando a questão. Assim sendo, podemos considerar alta sensibilidade e baixa especificidade se pensarmos nos testes de screening, como o Mixed, que definem apenas o status positivo ou negativo do anticorpo. Ou seja, o teste é capaz de detectar a presença de anticorpos, porém, sem especificar qual é sua especificidade (ver exemplo da figura 1 do artigo em anexo).

Portanto, com margem neste conhecimento dos diferentes testes, não podemos considerar nenhuma resposta incorreta na questão 10.

Referências

Heinemann FM. HLA

Genotyping and Antibody Characterization Using the Luminex™ Multiplex Technology. Transfus Med Hemother. 2009;36(4):273-278.

doi:10.1159/000228834

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Como não foi especificado que seria relativo ao ensaio de Labscreen Single Antigen, onde temos alta sensibilidade e alta especificidade, a questão será anulada, visto que se fosse o teste de screening a resposta estaria correta.