

Formulário de Resposta de Recurso

ALTERAÇÃO DO GABARITO

RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA



Protocolo: 0000000227

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 01/2021

FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 02 – ENFERMEIRO I (UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO, SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA, CENTRO CIRÚRGICO AMBULATORIAL E/OU CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO)

Nº DA QUESTÃO: 28

Entendo como correta resposta D, apenas I, III e IV

Considere os critérios
abaixo sobre avaliação de produtos para a saúde.
Quais podem ser utilizados
para avaliação de produtos para a saúde para serem considerados passíveis
de um processo de limpeza seguro?

II – ser transparente (a transparência
auxilia na inspeção visual em relação a sujidade dos produtos mas não
considero somente a TRANSPARÊNCIA do produto POSSA SER UTILIZADA como
CRITÉRIO de um PROCESSO DE LIMPEZA SEGURO porque junto à transparência é
fundamental considerar a MATÉRIA PRIMA DE CONFECÇÃO desse tipo de produto
pois dependendo da matéria prima o torna mais susceptível a
riscos/abrasão/porosidade (ex se material plástico/acrílico) elevando
riscos para acúmulo de matéria orgânica e inorgânica com formação de
biofilmes, se comparado ao vidro que apresenta resistência mais elevada.

Esta questão foi elaborada com base no livro Enfermagem em Centro de
Material e Esterilização da Kazuko página 67, cujo capítulo aborda
Complexidade e Conformação dos Produtos para a Saúde. No livro os critérios
listados dão ênfase para o reuso de produtos para a saúde não permanentes e
passíveis de reprocessamento que entendo como sendo reuso de produtos de
uso único (ex. cateteres vasculares) ; neste cenário o item transparência é
bastante considerado mas não ficou explícito na questão da prova.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Considerando a referencia da literatura GRAZIANO, K. U.; SILVA, A.; PSALTIKIDIS, E. M. (org.). Enfermagem em centro de material e esterilização. Barueri (SP): Manole, 2011, os critérios para avaliar produtos para saúde e considerados passíveis de uma limpeza segura são: totalmente desmontável, permite entrada e saída de água, permite o uso de todos os artefatos mais comuns para limpeza interna.

Desta forma, conforme
revisão da literatura indicada e referendada no edital decide-se pela
alteração do gabarito, considerando a alternativa D como resposta correta.

Alteração do gabarito de E para D.