

# Formulário de Resposta de Recurso

## ANULAÇÃO DE QUESTÃO

### RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA



Protocolo: 0000000286

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 06/2025 - GERAL

RECURSO QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA

## RESPOSTA A RECURSO

PS 74 - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO III (EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS)

Nº DA QUESTÃO: 17

O documento enfatiza que a função mais comum das pontas de prova (sondas passivas) é atenuar o sinal (1X, 10X, 100X) para proteger o osciloscópio ou melhorar a medição. As sondas ativas contêm componentes que têm a capacidade técnica de amplificar

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: As ponteiras ativas podem amplificar os sinais, com ganhos variáveis, o que torna a alternativa D correta. Desta forma, a questão não possui uma alternativa incorreta.